

10.200.00




MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche



Pannello comandi digitale
Digital control panel

Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

1. Consolle comandi digitale Digital control panel

2. Piastra di base Base plate

3. Supporto proiettore Projector support

4. Colonna in alluminio con lampada Aluminium column with lamp

5. Piano porta strumenti Instruments plane

6. Braccio porta forottero Phoropter arm



CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001



ANCCP
Notifica CE 0302

CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it





MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici




Via Tiziano, 9 | 20841 Carate Brianza (MB) | Italia
Tel. +39 0362.902185 r.a. | Fax +39 0362.903306
info@meccanotticamazza.it | www.meccanotticamazza.it



victorycommunication.it

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione - Power supply	230Vac 50Hz/60Hz (110Vac - 60Hz)
Assorbimento - Power Consumption	600VA
Prese ausiliarie - Auxiliary outputs	230Vac 50Hz/60Hz max 100VA (110Vac - 60Hz)
Alimentazione tavolo di lavoro - Working table voltage	3-15Vdc max 35VA / 230Vac 50Hz/60Hz max 100VA 110Vac 60Hz max 100VA



CONFIGURAZIONE DI BASE - BASIC CONFIGURATION

- 1 Piastra di base - Base plate
 - 2 Struttura portante - Main unit structure
 - 3 Tastiera comandi touch screen - Touch screen control panel
 - 4 Tavolo porta strumenti - Instruments table
 - 5 Colonna con lampada a led snodata e supporto proiettore - Column with adjustable LED lamp and projector support
- ### OPTIONALS
- 6 Braccio porta forottero autobilanciato - Counter balanced phoropter arm
 - 7 Poltrona paziente - Patient chair

CONFORME ALLE DIRETTIVE - COMPLY TO THE DIRECTIVES

Direttiva dispositivi medici 93/42/CE, s.m.i. 2007/47/CE
Medical device directive 93/42/CE, s.m.i. 2007/47/CE
Direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche
Medical device directive 2006/42/CE and following modifications
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e successive modifiche
Medical device directive 2006/95/CE and following modifications
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche
Medical device directive 2004/108/CE and following modifications

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti. Meccanottica Mazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design.
Meccanottica Mazza reserves the right to modify product features and product design without notice.

DEP. 190 REV. 0 GIUGNO 2019 | JUNE 2019



CODE 10.190.00
CODE 10.190.10





RIUNITO A 2 STRUMENTI | 2 INSTRUMENTS UNIT

MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

I modelli della serie codice **10.190.00** sono stati progettati per supportare 2 strumenti (bassa o/e alta tensione) sul piano a traslazione manuale. Sono dotati di colonna con lampada snodata con tecnologia LED, di supporto proiettore ed eventualmente di braccio autobilanciato porta forottero (optional) o in alternativa un modulo porta forottero con movimento manuale od elettrico (optional).
La flessibilità del modello codice **10.190.00** è garantita dalle 3 differenti consolle comandi (compact "CO", highline "HI", mix "MX"), dalla possibilità di abbinare tutti i tipi di poltrone e di colori proposti da Meccanottica Mazza. Tutti i modelli sono disponibili anche nella versione con poltrona a destra.
I modelli della serie **10.190.00** possono essere dotati del movimento up/down del piano porta strumenti in abbinamento alla rotazione della poltrona paziente, optional fondamentale per la visita di pazienti su sedia a rotelle. Tutte le funzioni sono comandate tramite una tastiera touch screen.

The models of ophthalmic unit code **10.190.00** have been designed to support 2 instruments (low or/and high voltage) on the manual sliding table. They are equipped with a column with adjustable LED lamp and a projector support and eventually a counter balanced phoropter arm (optional) or, as an alternative, a manual or electric phoropter arm module (optional).
The flexibility of the model code **10.190.00** is guaranteed by 3 different control panel consoles ("CO" compact, "HI" highline, "MX" mix), the possibility of combining all types of chairs and colors offered by Meccanottica Mazza. A left-handed version is available for all models.
All models can be equipped with the electric table up/down movement in combination with the rotation of the patient chair, essential optional to visit patients in wheelchair. All functions are controlled by a touch screen keyboard.



Consolle comandi con tastiera touch screen, cassetto e vassoio lenti
Control panel console with touch screen, drawer and trial lens tray

Alloggiamento per strumenti a mano
Hand instruments support

Supporto snodato porta monitor da colonna (optional)
Movable monitor support for unit column (optional)

Braccio autobilanciato porta forottero (optional)
Counter balanced phoropter arm (optional)

Modulo forottero manuale o automatico (optional)
Manual or automatic phoropter arm (optional)

10.150.00




MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche



Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.



Pannello comandi digitale
Digital control panel



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001



ANCCP
Notifica CE 0302

CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza srl
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it





1. Consolle comandi
Control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Supporto proiettore
Projector support
4. Colonna in alluminio con lampada
Aluminium column with lamp
5. Piano traslabile porta strumenti
Sliding table instruments
6. Braccio portaforottero
Phoropter arm

Stampato nel Settembre 2001

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti. La Meccanottica Mazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design. Meccanottica Mazza reserves the right to modify product features and product design without advanced notice.

AD Supporti e Sistemi di Comunicazione





Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

CODE
10.140.00



1. Consolle comandi digitale
Digital control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Colonna in alluminio con
lampada e supporto proiettore
Aluminium column with lamp
and projector plane
4. Piano traslabile porta strumenti
Sliding instruments plane
5. Braccio porta forottero [optional]
Phoropter arm [optional]
6. Poltrona [optional]
Chair [optional]

CODE
10.140.00



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. ++39.0362.902185 r.a. FAX ++39.0362.903306
info@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



CONFORME ALLA MARCATURA




MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici



CODE
10.140.00



CODE
10.140.01



CODE
10.140.03



CODE
10.140.11



Versione per la visita di pazienti disabili su sedia a rotelle / Version for examination of disabled people on wheel chair



Alloggiamento porta strumenti a mano
Hand instruments support

Pedale blocco/sblocco rotazione
poltrona paziente
[solo versione disabile]
Lock/unlock pedal for patient
chair rotation
[disabled version only]



Consolle con cassetto lenti e pannello comandi digitale
Trial lens drawer console with digital control panel



Lampada snodata con sistema illuminazione a led
Adjustable lamp with led illumination system



CODE
10.140.01

Riunito con strumenti e sistema di bloccaggio in ogni posizione
Unit with instruments and lock table system in all positions



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

Via Tiziano, 9 | 20841 Carate Brianza (MB) | Italia
Tel. +39 0362.902185 r.a. | Fax +39 0362.903306
info@meccanotticamazza.it | www.meccanotticamazza.it



**CERTIFICATED
COMPANY**
ISO 9001: 2000

CONFORME
ALLA MARCATURA
CE

victorycommunication.it

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione - <i>Power supply</i>	230Vac 50Hz (230Vac 60 Hz - 110Vac 60Hz)
Assorbimento - <i>Power Consumption</i>	700W
Prese ausiliarie - <i>Auxiliary outputs</i>	230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
Alimentazione tavolo di lavoro - <i>Working table voltage</i>	3 - 12Vac 230 Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)



CONFIGURAZIONE DI BASE - BASIC CONFIGURATION

1	Consolle comandi digitale - <i>Digital control panel</i>
2	Piastra base - <i>Base plate</i>
3	Colonna con lampada a led snodata e supporto proiettore <i>Column with adjustable led lamp and projector support</i>
4	Piano porta strumenti - <i>Instruments table</i>
OPTIONAL	
5	Braccio autobilanciato porta forottero o braccio basculante porta forottero <i>Counter balanced phoropter arm or phoropter arm module</i>
6	Poltrona paziente - <i>Patient chair</i>

CONFORME ALLE DIRETTIVE - COMPLY TO THE DIRECTIVES

98/37/CEE e successive modifiche 98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE e successive modifiche 89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE e successive modifiche 73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE e successive modifiche 93/42/CEE and following modifications

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti, la Meccanottica Mazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design.
Meccanottica Mazza reserves the right to modify product features and product design without notice.

STAMPATO FEBBRAIO 2012 | PRINTED FEBRUARY 2012

RIUNITO A 2 STRUMENTI | 2 INSTRUMENTS UNIT



CODE 10.130.00
CODE 10.140.00




CODE 10.140.00

MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

Tutti i modelli **10.130.00 / 10.140.00** sono disponibili anche **nella versione speciale per la visita di pazienti disabili su sedia a rotelle**

All models 10.130.00 / 10.140.00 are also available in a special version for examination of disabled people on wheel chair

CODE 10.140.11



Movimento automatico up/down
del piano strumenti
*Automatic up/down movement
for table instruments*



Consolle con cassetto
lenti e pannello
comandi digitale
*Trial lens drawer console
with digital control panel*

Pedale blocco/sblocco rotazione
poltrona paziente
(solo versione disabili)
*Lock/unlock pedal for patient
chair rotation
(disabled version only)*

Tutte le versioni possono essere equipaggiate con: braccio autobilanciato porta forottero o braccio basculante porta forottero; poltrona a scelta tra quelle a catalogo.

All versions may be equipped with: counter balanced phoropter arm or phoropter arm module; chair choice among those in the chairs' catalogue.

CODE 10.130.00



CODE 10.140.01



CODE **10.130.00**

PIANO STRUMENTI FISSO (sistema di bloccaggio piano in ogni posizione)
FIXED INSTRUMENTS TABLE (lock table system in all positions)

VERSIONE "**COMPACT**" CON PANNELLO COMANDI - VERSION "**COMPACT**" WITH CONTROL PANEL

CODE 10.130.00



CODE **10.140.00**

PIANO STRUMENTI TRASLABILE (sistema di bloccaggio piano in ogni posizione)
SLIDING INSTRUMENTS TABLE (lock table system in all positions)

CODE 10.140.00



VERSIONE "**ELEGANCE**" CON PANNELLO COMANDI CON 1 CASSETTO E VASSOIO LENTI
VERSION "**ELEGANCE**" WITH CONTROL PANEL CONSOLE WITH 1 DRAWER AND TRIAL LENS TRAY

CODE 10.130.01



CODE 10.140.01



VERSIONE "**HIGHLINE**" CON PANNELLO COMANDI CON 3 CASSETTI E VASSOIO LENTI
VERSION "**HIGHLINE**" WITH CONTROL PANEL CONSOLE WITH 3 DRAWERS AND TRIAL LENS TRAY

CODE 10.130.03



CODE 10.140.03



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 400W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
solo per 40.055.00
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data


- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 400W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage
only for 40.055.00
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications



1. Consolle comandi digitale
Digital control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Colonna in alluminio con
lampada e supporto proiettore
Aluminium column with lamp
and projector plane
4. Piano traslabile porta strumenti
Sliding instruments plane
5. Braccio porta forottero [optional]
Phoropter arm [optional]
6. Poltrona [optional]
Chair [optional]

CODE
10.120.00



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. ++39.0362.902185 r.a. FAX ++39.0362.903306
info@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici



Supporto fisso e supporto snodato porta monitor (optional)

Fix and movable monitor supports (optional)



Riunito con strumenti

Unit with instruments



Riunito con piano traslabile per 2 strumenti con sistema di bloccaggio in ogni posizione

Unit with sliding instruments table with lock system in all positions



Modulo per forottero con movimento manuale (optional)

Manual phoropter arm module (optional)



Pannello comandi digitale e supporto strumenti a mano

Digital control panel and hand instruments support



Spot aggiuntivo da colonna (optional)

Extra spot light (optional)

10.110.00




MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche



Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.

Pannello comandi digitale
e supporto strumenti a mano
Digital control panel
and hand instruments support



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications



CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it

1. Consolle comandi digitale
Digital control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Supporto proiettore
Projector support
4. Colonna in alluminio
con lampada
Aluminium column
with lamp
5. Piano porta strumenti
Instruments plane
6. Braccio porta forettero
Phoropter arm



10.100.00




MeccanotticaMazza
attrezzature oftalmiche



Pannello comandi digitale
Digital control panel

Dimensioni in mm
Dimension in mm



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 5 Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Working table voltage
3-12Vac 230Vac 5 Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

1. Pannello comandi
Control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Colonna proiettore
Projector column
4. Colonna con lampada
Column with lamp
5. Piano porta strumenti
Instruments plane
6. Braccio porta forattero (optional)
Phoropter arm (optional)



CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza Srl
attrezzature oftalmiche


20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it

Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 400W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
solo per 40.055.00
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 400W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage
only for 40.055.00
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]



Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications



1. Consolle comandi digitale
Digital control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Colonna in alluminio con
lampada e supporto proiettore
Aluminium column with lamp
and projector plane
4. Piano porta strumenti
Instruments plane
5. Braccio porta forottero [optional]
Phoropter arm [optional]
6. Poltrona modello SOUL
Chair model SOUL

CODE
10.090.00




MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici
20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. ++39.0362.902185 r.a. FAX ++39.0362.903306
info@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici



Supporto fisso e supporto snodato porta monitor (optional)
Fix and movable monitor supports (optional)



Riunito con strumenti
Unit with instruments

Riunito con piano fisso per 2 strumenti con sistema di bloccaggio in ogni posizione
Unit with fix instruments table with lock system in all positions



Modulo per forottero con movimento manuale
(optional)

Manual phoropter arm module (optional)




Pannello comandi digitale e supporto
strumenti a mano

Digital control panel and hand instruments support



Spot aggiuntivo da colonna (optional)
Extra spot light (optional)

10.060.00




MeccanotticaMazza_{srl}
attrezzature oftalmiche



Pannello comandi digitale
Digital control panel

Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001



ANCCP
Notifica CE 0302

CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza srl
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it

1. Consolle comandi
Control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Supporto proiettore
Projector support
4. Colonna in alluminio
con lampada
Aluminium column
with lamp
5. Piano porta strumenti
Instruments plane
6. Braccio porta foroltero
Phoropter arm




10.050.00



MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche



Supporto strumenti
a mano
Hand instruments support



Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.

Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

1. Consolle comandi digitale
Digital control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Supporto proiettore
Projector support
4. Colonna in alluminio
con lampada
Aluminium column
with lamp
5. Piano porta strumenti
Instruments plane
6. Braccio porta forottero
Phoropter arm



CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001



ANCCP
Notifica CE 0302

CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



10.040.00




MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche



Pannello comandi digitale
e supporto strumenti a mano
Digital control panel
and hand instruments support

Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

90/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

90/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications



CONFORME ALLA MARCATURA



MeccanotticaMazza srl
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it

1. Consolle comandi digitale
Digital control panel
2. Piastra di base
Base plate
3. Supporto proiettore
Projector support
4. Colonna in alluminio
con lampada
Aluminium column
with lamp
5. Piano porta strumenti
Instruments plane
6. Braccio porta forottero
Phoropter arm



Stampato nel Settembre 2001

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti; la MeccanotticaMazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design.
MeccanotticaMazza reserves the right to modify product features and product design without advanced notice.

Supporti e Sistemi di Comunicazione





MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

Via Tiziano, 9 | 20841 Carate Brianza (MB) | Italia
Tel. +39 0362.902185 r.a. | Fax +39 0362.903306
info@meccanotticamazza.it | www.meccanotticamazza.it



victorycommunication.it

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione - Power supply	230Vac 50Hz/60Hz (110Vac - 60Hz)
Assorbimento - Power Consumption	600VA
Prese ausiliarie - Auxiliary outputs	230Vac 50Hz/60Hz max 100VA (110Vac - 60Hz)
Alimentazione tavolo di lavoro - Working table voltage	3-15Vdc max 35VA / 230Vac 50Hz/60Hz max 100VA 110Vac 60Hz max 100VA






CODE 10.020.00



CODE 10.030.00



CODE 10.031.00



CONFIGURAZIONE DI BASE - BASIC CONFIGURATION

CODICE - CODE	10.020.00	10.030.00	10.031.00
1 Piastra di base - Base plate	•	•	•
2 Struttura - Structure	•	•	•
3 Piano porta strumenti - Instruments table	•	•	•
4 Pannello comandi digitale - Digital control panel	•	•	•
5 Vaschetta porta oggetti - Housing for objects	•	•	•
6 Colonna con lampada a led e supporto proiettore Column with led lamp and projector support	•	•	•
7 Poltrona di base - Basic Chair	•	-	•
8 Alloggiamento strumenti a mano - Hand instruments support	•	•	•
OPTIONAL			
9 Poltrona paziente (codice 20.020.00) - Patient Chair	-	□	-
10 Braccio autobilanciato porta forottero (codice 15.901.00) Counter balanced phoropter arm (code 15.901.00)	□	□	□
11 Pannelli laterali di colore non di serie (codice 15.020.10) Side panels in non-standard color (code 15.020.10)	□	□	□
12 Spostamento avanti/indietro base poltrona manuale (codice 25.000.30) o automatico (codice 25.000.40) Chair base forward/backward movement manual (code 25.000.30) or automatic (code 25.000.40)	□	□	□

• di serie / standard □ optional - non disponibile / not available

CONFORME ALLE DIRETTIVE - COMPLY TO THE DIRECTIVES

Direttiva dispositivi medici 93/42/CE, s.m.i. 2007/47/CE Medical device directive 93/42/CE, s.m.i. 2007/47/CE
Direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche Medical device directive 2006/42/CE and following modifications
Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e successive modifiche Medical device directive 2006/95/CE and following modifications
Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche Medical device directive 2004/108/CE and following modifications

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti. Meccanottica Mazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design.
Meccanottica Mazza reserves the right to modify product features and product design without notice.



DEP. 020-030 REV. 0 MARZO 2018 | MARCH 2018

RIUNITO A 2 STRUMENTI | 2 INSTRUMENTS UNIT



CODE 10.020.00
CODE 10.030.00



CODE 10.020.00

MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici



CODE 10.020.00

PIANO FISSO PER 2 STRUMENTI
FIXED TABLE FOR 2 INSTRUMENTS

- Sistema di bloccaggio del piano in ogni posizione
 - Poltrona a sollevamento elettrico (modello come da foto)
 - Lampada a led con supporto proiettore
 - N. 2 vani porta oggetti
 - Pannello comandi digitale
 - Alloggiamento per strumenti a mano
 - Braccio autobilanciato porta forottero (optional codice 15.901.00)
- Table locking system in all positions
 - Electric elevation chair (model as per photo)
 - Led lamp with projector support
 - N. 2 objects storage
 - Digital control panel
 - Hand instruments support
 - Counter balanced phoropter arm (option code 15.901.00)



CODE 10.030.00

PIANO TRASLABILE PER 2 STRUMENTI
SLIDING TABLE FOR 2 INSTRUMENTS

- Sistema di bloccaggio del piano in ogni posizione
 - Poltrona paziente **non** inclusa (è possibile abbinare qualsiasi modello di poltrona presente a listino)
 - Lampada a led con supporto proiettore
 - N. 2 vani porta oggetti
 - Pannello comandi digitale
 - Alloggiamento per strumenti a mano
 - Braccio autobilanciato porta forottero (optional codice 15.901.00)
- Table locking system in all positions
 - Patient chair **not** included (any chair in the price list can be combined)
 - Led lamp with projector support
 - N. 2 objects storage
 - Digital control panel
 - Hand instruments support
 - Counter balanced phoropter arm (option code 15.901.00)



CODE 10.031.00

PIANO TRASLABILE PER 2 STRUMENTI
SLIDING TABLE FOR 2 INSTRUMENTS

- Sistema di bloccaggio del piano in ogni posizione
 - Poltrona a sollevamento elettrico (modello come da foto)
 - Lampada a led con supporto proiettore
 - N. 2 vani porta oggetti
 - Pannello comandi digitale
 - Alloggiamento per strumenti a mano
 - Braccio autobilanciato porta forottero (optional codice 15.901.00)
- Table locking system in all positions
 - Electric elevation chair (model as per photo)
 - Led lamp with projector support
 - N. 2 objects storage
 - Digital control panel
 - Hand instruments support
 - Counter balanced phoropter arm (option code 15.901.00)



CONFIGURAZIONE RIUNITO CON STRUMENTI
UNIT CONFIGURATION WITH INSTRUMENTS

Tutti i modelli 10.020/030/031.00 sono adatti a supportare due strumenti sul piano (bassa o/e alta tensione), sono dotati di supporto proiettore ed eventualmente di braccio autobilanciato porta forottero (optional codice 15.901.00). Tutti i modelli sono disponibili anche nella versione con poltrona a destra.

All models 10.020/030/031.00 are suitable to support two instruments on the table (low orland high voltage), they are equipped with a projector support and eventually a counter balanced phoropter arm (option code 15.901.00). A left-handed versions is also available for all models.

CONFIGURAZIONE COLORE RIUNITI CODE 10.020/030/031.00
COLOR CONFIGURATION FOR CODE 10.020/030/031.00

CODE 10.020.00



CODE 10.030.00





La struttura, i pannelli laterali e la lampada sono di colore GRIGIO (colore non modificabile). Il piano porta strumenti è realizzabile, di serie, di tutti i colori presenti nella nostra cartella colori. L'opzione **code 15.020.10** permette di realizzare i pannelli laterali colorati come da cartella colori.

The structure, the side panels and the lamp are in GRAY color (unchangeable color). The instruments table can be produced, as standard, of all the colors in our color chart. The option **code 15.020.10** allows you to make the colored side panels as per color chart.


CODE 20.020.00

POLTRONA A SOLLEVAMENTO ELETTRICO
ELECTRIC ELEVATION CHAIR


- Schienale fisso
 - Braccioli ribaltabili
 - Predellino
 - Cuscini colorati in poliuretano morbido
- Fixed backrest
 - Reclining armrests
 - Footrest
 - Soft polyurethane colored cushions






Lampada a led
Led lamp



Vano porta oggetti
Objects storage



Alloggiamento per strumenti a mano e vano porta oggetti posteriore
Hand instruments support rear objects storage



Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Alimentazione tavolo di lavoro 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications



CONFORME ALLA MARCATURA CE

10.010.00



1. Struttura
Unit structure
2. Pannello comandi
Control panel
3. Piano traslabile
Sliding instrument table
4. Braccio autobilanciato porta forottero (optional)
Counter balanced phoropter arm (optional)
5. Colonna con lampada e supporto proiettore (optional)
Unit column with lamp and projector support (optional)
6. Poltrona paziente (optional)
Patient chair (optional)



MeccanotticaMazza^{sr1}
a m b i e n t i o f t a l m i c i

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. ++39.0362.902185 r.a. FAX ++39.0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



MeccanotticaMazza^{sr1}
a m b i e n t i o f t a l m i c i

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti. La MeccanotticaMazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design. MeccanotticaMazza reserves the right to modify product features and product design without notice.

Stampato ottobre 2005 - Printed on October 2005

Foto: Stucchi Fotografia

BONELLI
TURCCHI
ARCHITETTI
ASSOCIATI



Riunito con strumenti in posizione di lavoro

Unit with table instrument in working position



Riunito 10.010.00 versione base

Basic version for unit model 10.010.00



Movimento salita-discesa elettrico
piano traslabile

Electric up-down movement
for table instrument



Riunito 10.010.00
versione colorata con scrivania
Coloured version
with desk for unit model 10.010.00



Luce di cortesia

Bottom light

Scrivania con cassetto
porta vassoio lenti (optional)

Desk with trial lens
tray drawer (optional)



Pannello comandi digitale

Digital control panel



10.215.00



MeccanotticaMazza_{srl}
attrezzature oftalmiche



Consolle, pannello comandi e supporto strumenti a mano

Console with digital control panel and hand instruments support




Snodo poltrona presente nella versione per la visita di pazienti su sedia a rotelle

Chair joint for disabled patients unit



Riunito con strumenti

Unit with instruments




Vista dall'alto del riunito

Top sight





Versione per la visita
di pazienti disabili su sedia a rotelle

Version for examination of disable people
on wheel chair




Piano strumenti in posizione di lavoro
Instruments table in working position





Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.



1. Console comandi digitale
Cassetto con vassoio porta lenti
Alloggiamento strumenti a mano
Digital control panel
Trial lens tray drawer
Hand instruments support
2. Piastra di base
Base plate
3. Colonna alluminio con lampada
e supporto proiettore
Aluminium column with lamp
and projector support
4. Piano porta strumenti
Instruments plane
5. Braccio porta forottero
Phoropter arm

Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
(230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications



MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



CONFORME ALLA MARCATURA **CE**

10.225.00



MeccanotticaMazza^{srl}
attrezzature oftalmiche

Riunito con strumenti

Unit with instruments




Consolle con cassetto lenti, pannello comandi
e supporto strumenti a mano

Trial lens drawer console with digital control panel
and hand instruments support



Snodo poltrona presente nella versione per la visita
di pazienti su sedia a rotelle

Chair joint for disabled patients unit




Piano strumenti in posizione di lavoro

Instruments table in working position




Versione per la visita
di pazienti disabili su sedia a rotelle


Version for examination of
disabled people on wheel chair




Vista dall'alto del riunito

Top sight





Dimensioni in mm.
Dimensions in mm.



1. Consolle comandi digitale
Cassetto con vassoio porta lenti
Alloggiamento strumenti a mano
Digital control panel
Trial lens tray drawer
Hand instruments support
2. Piastra di base
Base plate
3. Colonna alluminio con lampada
e supporto proiettore
Aluminium column with lamp
and projector support
4. Piano porta strumenti
Instruments plane
5. Braccio porta forottero
Phoropter arm

Scheda tecnica

- * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Assorbimento 700W
- * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Alimentazione tavolo di lavoro
3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Technical data

- * Power supply 230Vac 50Hz
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Power consumption 700W
- * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]
- * Working table voltage 3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
[230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz]

Conforme alle direttive:

98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche

Comply to the directives:

98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications




MeccanotticaMazza srl
attrezzature oftalmiche

20048 CARATE BRIANZA (MI) - ITALIA - VIA TIZIANO, 9
TEL. 0362.902185 - 900709 - 991966 FAX 0362.903306
mecca@meccanotticamazza.it
www.meccanotticamazza.it



CONFORME ALLA MARCATURA **CE**



REV.	DATA	DESCRIZIONE				APPROVATO	
NON RILEVARE QUOTE IN SCALA		Disegnato da I.SANTELIA	Approvato da	Descrizione Descrizione		Scale - Scala	
		Meccanottica Mazza s.r.l. attrezzature oftalmiche		20048 CARATE BRIANZA (MI) VIA TIZIANO, 9 Tel. 0362/902185-900709-991966 Fax. 0362/903306		Date - Data	Size - Formato
						Sheet - Foglio	Follow - Segue

Proprietà riservata. Riproduzione vietata. Meccanottica Mazza s.r.l. tutela i propri diritti a termine di legge



MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

Via Tiziano, 9 | 20841 Carate Brianza (MB) | Italia
Tel. +39 0362.902185 r.a. | Fax +39 0362.903306
info@meccanotticamazza.it | www.meccanotticamazza.it




**CERTIFICATED
COMPANY**
ISO 9001:2008
ISO 13485:2012
CONFORME ALLA MARCATURA
CE

victorycommunication.it


SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

Tensione di alimentazione - <i>Power supply</i>	230Vac 50Hz (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
Assorbimento - <i>Power Consumption</i>	700W
Prese ausiliarie - <i>Auxiliary outputs</i>	230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
Alimentazione tavolo di lavoro - <i>Working table voltage</i>	3 - 12Vac 230Vac 50Hz 200W (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)


CODE 10.500.00



CODE 10.500.00



CODE 10.520.00



CODE 10.520.10



CONFIGURAZIONE DI BASE - BASIC CONFIGURATION

- 1 Consolle comandi con 3 cassetti - *Control panel console with 3 drawers*
- 2 Piastra base - *Base plate*
- 3 Colonna con lampada a led snodata e supporto proiettore
Column with adjustable led lamp and projector support
- 4 Piani porta strumenti - *Instruments tables*
- 5 Struttura principale - *Main unit structure*

OPTIONALS

- 6 Modulo porta forottero manuale o elettrico - *Manual or electric phoropter arm module*
- 7 Poltrona paziente - *Patient chair*

CONFORME ALLE DIRETTIVE - COMPLY TO THE DIRECTIVES

Direttiva dispositivi medici 93/42/CE e successive modifiche
Medical devices directive 93/42/CE and following modifications

Direttiva macchine 2006/42/CE e successive modifiche
Medical devices directive 2006/42/CE and following modifications

Direttiva bassa tensione 2006/95/CE e successive modifiche
Medical devices directive 2006/95/CE and following modifications

Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE e successive modifiche
Medical devices directive 2004/108/CE and following modifications

I dati riportati nel presente opuscolo non sono vincolanti, la Meccanottica Mazza si riserva il diritto di apportare modifiche alla costruzione ed al design.
Meccanottica Mazza reserves the right to modify product features and product design without notice.

STAMPATO FEBBRAIO 2013 | PRINTED FEBRUARY 2013

RIUNITO A 3 STRUMENTI | 3 INSTRUMENTS UNIT



CODE 10.500.00

CODE 10.520.00



CODE 10.500.00

MeccanotticaMazza
ambienti oftalmici

I modelli **10.500.00** e **10.520.00** sono stati progettati per supportare 3 strumenti con la possibilità di installare un braccio porta forottero (optional). I sistemi di rotazione ed il posizionamento dei pianetti porta strumenti davanti al paziente sono automatici e comandati dalla tastiera touch screen.

*The ophthalmic units model **10.500.00** and **10.520.00** have been designed to support up to 3 instruments with the possibility to install a phoropter arm (optional). The rotation system and positioning of instruments table in front of the patient are automatic and controlled by a touch screen keyboard.*

CODE **10.500.00**



Lampada snodata
con sistema
di illuminazione a LED
*Adjustable lamp with LED
illumination system*



Modulo forottero manuale
o automatico (optional).
Nelle versioni mod.
10.520.00/10.520.10:
il modulo forottero è dotato
di movimento automatico up/down
*Manual or automatic phoropter
arm module (optional)
Model versions 10.520.00/10.520.10:
the phoropter arm is equipped
with automatic up/down movement*




Console comandi
con tastiera touch screen,
3 cassetti e vassoio porta lenti
*Control panel console with
touch screen keyboard,
3 drawers and trial lens tray*

I modelli **10.520.00** e **10.520.10** sono una versione speciale per la visita di pazienti disabili su sedia a rotelle che comprende sia il movimento automatico up/down del piano strumenti sia la rotazione o lo spostamento laterale della poltrona standard abbinata.

*The ophthalmic units model **10.520.00** and **10.520.10** are a special version for the visit of disabled patients in wheelchairs which includes both automatic instruments table up/down movement and chair rotation or lateral movement of the combined standard chair.*

CODE **10.520.00**



Movimento automatico up/down del piano strumenti
Automatic up/down movement for table instruments

Pedale blocco/sblocco rotazione poltrona paziente
(solo versione 10.520.00)
*Lock/unlock pedal for patient chair rotation
(version 10.520.00 only)*

Piastra speciale con ruote bloccanti per movimento laterale poltrona paziente
(solo versione 10.520.10)
*Special plate with locking castors for lateral movement of the patient chair
(version 10.520.10 only)*



CODE **10.520.00**



CODE **10.520.10**